

Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
 Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутривортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край
 692941 тел. (4236) 665-271
 САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»
 Фактический адрес осуществления деятельности: РОССИЯ, Приморский край, город Находка, п. Врангель,
 ул. Базовая, 9, Литера 1, каб. 1-16
 тел. (4236) 665-271 (3215), eco-aqua@vp.vpnet.ru
 Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.515460, срок действия-бессрочно
 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий СЭЛ

10.08.2026

Жолобова Т.М.

Протокол
 исследований (испытаний) и измерений
 № 490-А от «10» августа 2026 г.
 (на 2 листах)



Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель,
 ул. Внутривортовая, 47
 Наименование объекта: Атмосферный воздух
 Место отбора проб, адрес: Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, границы расчетных СЗЗ ППК-3.
 Дата отбора проб: 04.08.2026
 Акт отбора проб: № 437 от 04.08.2026
 НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом», Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПУ.413322.002 РЭ (п.10).
 Вид пробы: разовая, среднесуточная
 Дата поступления пробы в лабораторию: 04.08.2026
 Дата проведения испытаний: 04.08.2026 – 07.08.2026
 Цель отбора проб: план – график производственного лабораторного контроля от 07.11.2025
 Нормативный документ, устанавливающий требования к объекту: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
 Сведения об использованном оборудовании:

Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер	Инвентарный номер	Свидетельство о поверке, аттестат, протокол аттестации		Дата следующей поверки, аттестации
		номер	дата	
Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-1 зав. № 347	428623	С-ДТК/28-05-2026/530152617	28.05.2026	27.05.2027
Секундомер механический типа СОПр-2а-3-000 зав. № 5391	2240607	С-АЭ/12-02-2026/503810309	12.02.2026	11.02.2027
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп –М зав. № 187816	3646961	С-ГЛР/12-12-2024/395029102	02.04.2026	01.04.2028
Рулетка измерительная металлическая UM 5м зав. № 000097	1801126	С-АЭ/08-05-2026/524598469	08.05.2026	07.05.2027
Сушильный шкаф «ADVANTEC FS-405» зав. № 1	2620272	74	05.03.2026	04.03.2027
Весы лабораторные ВЛБ 135М зав. № J211-001	428736	С-АЭ/05-03-2026/509566305	05.03.2026	04.03.2027
Газоанализатор ГАНК-4 зав. № 4216	429358	С-ТТ/03-03-2026/509650040	03.03.2026	02.03.2027

*Данные о направлении запра предоставляются: ФГБУ «Приморское УГМС» Договор №13-НМУ от 29.10.2023

** Метод предела обнаружения согласно методике

Запрещено полное или частичное переиздание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»

Сделано, приведенное в протоколе, распространяется только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола Волкова И.Е.

Условия отбора проб: Руководство по эксплуатации на измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» БВЕК.43.1110.04 РЭ п.6.6:

№ п/п	Время отбора	Точки отбора	Характер подстилающей поверхности	Атм. давление, мм рт. ст.	Температура, °С	Относит. влажность, %	Направлен. ветра*	Скорость ветра, м/с	Состояние погоды
1	02 ⁴⁹ –03 ²¹	К.т. 2 (р.т. 23) ул. Железнодорожная, д. 4Б (бывший детский сад)	сухая	761	19,7	78,4	С, СВ*	0,76	ясно
	08 ⁴⁷ –09 ¹⁹		сухая	761	22,0	76,2	ЮВ, Ю*	0,60	ясно
	14 ⁵⁰ –15 ²²		сухая	759	23,6	75,7	ЮВ, Ю*	1,6	ясно
	20 ⁴⁸ –21 ²⁰		сухая	759	21,3	76,8	ЮЗ, З*	0,82	ясно
2	03 ²⁵ –03 ⁵⁷	К.т. 1 (р.т. 24) ул. Железнодорожная, д. 3 (Общественные 3 этажа)	сухая	761	19,4	78,0	С, СВ*	1,6	ясно
	09 ²³ –09 ⁵⁵		сухая	761	22,3	75,6	ЮВ, Ю*	1,4	ясно
	15 ²⁶ –15 ⁵⁸		сухая	759	23,4	75,1	ЮВ, Ю*	3,4	ясно
	21 ²⁴ –21 ⁵⁶		сухая	759	21,0	77,1	ЮЗ, З*	2,6	ясно

Результаты:

№ п/п	Точка отбора проб воздуха	Определяемые показатели	Результаты		ПДК, мг/м³ СанПиН 1.2.3685-21		НД на методы измерений
			Максимально-разовая, мг/м³	Среднесуточная, мг/м³	Макс. разов. мг/м³	Ср. сут. мг/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	К.т. 2 (р.т. 23) ул. Железнодорожная, д. 4Б (бывший детский сад) Координаты GPS: 133°4'51,39 1" E, 42°45'51,95 1" N	Массовая концентрация угольной пыли	менее 0,01**	менее 0,01**	0,3	0,1	МУК 4.3.3593-19
		Азота диоксид	менее 0,02**	менее 0,02**	0,2	0,1	Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ 413322.002 РЭ (п.10)
2	К.т. 1 (р.т. 24) ул. Железнодорожная, д. 3 (Общественные 3 этажа) Координаты GPS: 133°4'41,73 1" E, 42°45'53,25 2" N	Массовая концентрация угольной пыли	менее 0,01**	менее 0,01**	0,3	0,1	МУК 4.3.3593-19
		Азота диоксид	менее 0,02**	менее 0,02**	0,2	0,1	Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ 413322.002 РЭ (п.10)

Подписи ответственных лиц

за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ
(должность)Чернопятко С.А.
(ФИО)

(подпись)

инженер-химик 1 кат. СПЛ СЭЛ
(должность)Волкова И.Е.
(ФИО)

(подпись)

"конец протокола"

*Данные о направлении ветра представлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор №13-НМУ от 26.10.2023

** Меньше предела обнаружения согласно методике

Запрещено полное или частичное переиздание, тиражирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»

Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутривортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край
692941 тел. (4236) 665-271


САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

Фактический адрес осуществления деятельности: РОССИЯ, Приморский край, город Находка, п. Врангель,
ул. Базовая, 9, Литера I, каб. 1-16
тел. (4236) 665-271 (3215), eco-lab@vpr.vpnet.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.515460, срок действия-бессрочно
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Ведущий инженер СЭЛ


2026

Маркова Ю.А.

Протокол
исследований (испытаний) и измерений
№ 505-А от «17» августа 2026 г.
(на 2 листах)



Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель,
ул. Внутривортовая, 47

Наименование объекта: Атмосферный воздух

Место отбора проб, адрес: Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, границы расчетных СЗЗ ППК-3.

Дата отбора проб: 11.08.2026

Акт отбора проб: № 453 от 11.08.2026

НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом», Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПУ.413322.002 РЭ (п.10).

Вид пробы: разовая, среднесуточная

Дата поступления пробы в лабораторию: 11.08.2026

Дата проведения испытаний: 11.08.2026 – 14.08.2026

Цель отбора проб: план – график производственного лабораторного контроля от 07.11.2025

Нормативный документ, устанавливающий требования к объекту: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:

Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер	Инвентарный номер	Свидетельство о поверке, аттестат, протокол аттестации		Дата следующей поверки, аттестации
		номер	дата	
Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-1 зав. № 423	2240764	С-ДТК/10-04-2026/518966319	10.04.2026	09.04.2027
Секундомер механический типа СОПпр-2а-3-000 зав. № 1856	2240607	С-АЭ/25-02-2026/506513953	25.02.2026	24.02.2027
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп –М зав. № 433519	3646963	С-ГЛР/06-05-2026/524270011	06.05.2026	05.05.2028
Рулетка измерительная металлическая UM 5м зав. № 000095	1801126	С-АЭ/27-04-2026/521601932	27.04.2026	26.04.2027
Сушильный шкаф «ADVANTEC FS-405» зав. № 1	2620272	74	05.03.2026	04.03.2027
Весы лабораторные ВЛА 135М зав. № J211-001	428736	С-АЭ/05-03-2026/509566305	05.03.2026	04.03.2027
Газоанализатор ГАНК-4 зав. № 3713	429003	С-ТТ/23-06-2026/536493940	23.06.2026	22.06.2027

*Данные о направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор №13-ИМУ от 20.10.2023

** Методы определения содержания пыли по ГОСТ 12.1.008-78

Запрещено копировать или частичное переиздание, или использование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»

Сведения, полученные в процессе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола Волкова И.Е.

Условия отбора проб: Руководство по эксплуатации на измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» БВЕК.43.1110.04 РЭ п.6.6:

№ п/п	Время отбора	Точки отбора	Характер подстилающей поверхности	Атм. давление, мм рт. ст.	Температура, °С	Относит. влажность, %	Направлен. ветра*	Скорость ветра, м/с	Состояние погоды
1	02 ¹¹ –02 ⁴³	К.т. 2 (р.т. 23) ул. Железнодорожная, д. 4Б (бывший детский сад)	сухая	761	18,0	70,2	С, СВ*	0,74	ясно
	08 ¹⁴ –08 ⁴⁶		сухая	761	18,8	59,3	В, ЮВ*	1,0	ясно
	14 ¹⁰ –14 ⁴²		сухая	761	23,2	54,2	В, ЮВ*	2,1	ясно
	20 ¹⁹ –20 ⁵¹		сухая	760	19,6	60,1	С, СВ*	1,3	ясно
2	02 ⁴⁷ –03 ¹⁹	К.т. 1 (р.т. 24) ул. Железнодорожная, д. 3 (Общественные 3 этажа)	сухая	761	18,0	69,6	С, СВ*	0,81	ясно
	08 ⁵⁰ –09 ²³		сухая	761	19,1	58,8	В, ЮВ*	1,1	ясно
	14 ⁴⁶ –15 ¹⁸		сухая	761	23,5	54,6	В, ЮВ*	2,0	ясно
	20 ⁵⁴ –21 ²⁶		сухая	760	19,4	60,6	С, СВ*	1,0	ясно


Результаты:

№ п/п	Точка отбора проб воздуха	Определяемые показатели	Результаты		ПДК, мг/м³ СанПиН 1.2.3685-21		НД на метод измерений
			Максимально-разовая, мг/м³	Среднесуточная, мг/м³	Макс. разов. мг/м³	Ср. сут. мг/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	К.т. 2 (р.т. 23) ул. Железнодорожная, д. 4Б (бывший детский сад) Координаты GPS: 133°4'51,39 1" E, 42°45'51,95 1" N	Массовая концентрация угольной пыли	менее 0,01**	менее 0,01**	0,3	0,1	МУК 4.3.3593-19
		Азота диоксид	менее 0,02**	менее 0,02**	0,2	0,1	Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ 413322.002 РЭ (п.10)
2	К.т. 1 (р.т. 24) ул. Железнодорожная, д. 3 (Общественные 3 этажа) Координаты GPS: 133°4'41,73 1" E, 42°45'53,25 2" N	Массовая концентрация угольной пыли	менее 0,01**	менее 0,01**	0,3	0,1	МУК 4.3.3593-19
		Азота диоксид	менее 0,02**	менее 0,02**	0,2	0,1	Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ 413322.002 РЭ (п.10)

Подписи ответственных лиц

за выдачу результата испытаний: инженер-химик 1 кат. СПЛ СЭЛ
(должность)

Волкова И.Е.
(ФИО)


(подпись)

"конец протокола"

*Данные о направлении ветра предоставлены ФГБУ «Центральное УГМС» Договор №13-НМУ от 20.10.2023

** Менее предела обнаружения согласно методики


Запрещено полное или частичное переиздание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Постный Порт»

Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутрипортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край.
692941 тел. (4236) 665-271
САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»
Фактический адрес осуществления деятельности: РОССИЯ, Приморский край, город Находка, п. Врангель,
ул. Базовая, 9, Литера 1, каб. 1-16
тел. (4236) 665-271 (3215), eco-aqua@vp.vpnet.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.515460, срок действия-бессрочно
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий СЭЛ


2026

Жолобова Т.М.

Протокол
исследований (испытаний) и измерений
№ 527-А от «25» августа 2026 г.
(на 2 листах)



Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель,
ул. Внутрипортовая, 47

Наименование объекта: Атмосферный воздух

Место отбора проб, адрес: Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, границы расчетных СЗЗ ППК-3.

Дата отбора проб: 20.08.2026

Акт отбора проб: № 472 от 20.08.2026

НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом», Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПУ.413322.002 РЭ (п.10).

Вид пробы: разовая, среднесуточная

Дата поступления пробы в лабораторию: 20.08.2026

Дата проведения испытаний: 20.08.2026 – 24.08.2026

Цель отбора проб: план – график производственного лабораторного контроля от 07.11.2025

Нормативный документ, устанавливающий требования к объекту: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:

Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер	Инвентарный номер	Свидетельство о поверке, аттестат, протокол аттестации		Дата следующей поверки, аттестации
		номер	дата	
Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-1 зав. № 347	428623	С-ДТК/28-05-2026/530152617	28.05.2026	27.05.2027
Секундомер механический типа СОПр-2а-3-000 зав. № 5391	2240607	С-АЭ/12-02-2026/503810309	12.02.2026	11.02.2027
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп –М зав. № 187816	3646961	С-ГЛР/12-12-2024/395029102	02.04.2026	01.04.2028
Рулетка измерительная металлическая UM 5м зав. № 000097	1801126	С-АЭ/08-05-2026/524598469	08.05.2026	07.05.2027
Сушильный шкаф «ADVANTEC FS-405» зав. № 1	2620272	74	05.03.2026	04.03.2027
Весы лабораторные ВЛА 135М зав. № J211-001	428736	С-АЭ/05-03-2026/509566305	05.03.2026	04.03.2027
Газоанализатор ГАНК-4 зав. № 4216	429358	С-ТТ/03-03-2026/509650040	03.03.2026	02.03.2027

* Данные о направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор №13-НМУ от 20.10.2023

** Меньше предела обнаружения согласно методике

Запрещено полное или частичное переиздавание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»

Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Ответственный за оформление протокола Волкова И.Е.



Условия отбора проб: Руководство по эксплуатации на измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» БВЕК.43.1110.04 РЭ п.6.6:

№ п/п	Время отбора	Точки отбора	Характер подстилающей поверхности	Атм. давление, мм рт. ст.	Температура, °С	Относит. влажность, %	Направлен. ветра*	Скорость ветра, м/с	Состояние погоды
1	02 ²⁸ –03 ⁰⁰	К.т. 2 (р.т. 23) ул. Железнодорожная, д. 4Б (бывший детский сад)	влажная	760	21,2	77,7	СЗ*	0,90	ясно
	08 ³⁶ –09 ⁰²		влажная	761	23,1	74,0	СЗ, З*	0,68	ясно
	14 ³¹ –15 ⁰³		влажная	759	25,4	71,1	СЗ, З*	1,1	ясно
	20 ²⁸ –21 ⁰⁰		влажная	760	23,3	76,1	Перемен. направлен.*	1,4	ясно
2	03 ⁰⁵ –03 ³⁷	К.т. 1 (р.т. 24) ул. Железнодорожная, д. 3 (Общежитие 3 этажа)	влажная	760	21,1	77,5	СЗ*	1,5	ясно
	09 ⁰⁶ –09 ³⁸		влажная	761	23,4	73,8	СЗ, З*	1,4	ясно
	15 ⁰⁸ –15 ⁴⁰		влажная	759	25,6	71,3	СЗ, З*	2,4	ясно
	21 ⁰⁴ –21 ³⁶		влажная	760	23,1	76,7	Перемен. направлен.*	2,2	ясно

Результаты:

№ п/п	Точка отбора проб воздуха	Определяемые показатели	Результаты		ПДК, мг/м³ СанПиН 1.2.3685-21		НД на метод измерений
			Максимально-разовая, мг/м³	Среднесуточная, мг/м³	Макс. разов. мг/м³	Ср. сут. мг/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	К.т. 2 (р.т. 23) ул. Железнодорожная, д. 4Б (бывший детский сад) Координаты GPS: 133°4'51,39 1" E, 42°45'51,95 1" N	Массовая концентрация угольной пыли	менее 0,01**	менее 0,01**	0,3	0,1	МУК 4.3.3593-19
		Азота диоксид	менее 0,02**	менее 0,02**	0,2	0,1	Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ 413322.002 РЭ (п.10)
2	К.т. 1 (р.т. 24) ул. Железнодорожная, д. 3 (Общежитие 3 этажа) Координаты GPS: 133°4'41,73 1" E, 42°45'53,25 2" N	Массовая концентрация угольной пыли	менее 0,01**	менее 0,01**	0,3	0,1	МУК 4.3.3593-19
		Азота диоксид	менее 0,02**	менее 0,02**	0,2	0,1	Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ 413322.002 РЭ (п.10)

Подписи ответственных лиц

за выдачу результата испытаний: лаборант СПЛ СЭЛ
(должность)Чернопятко С.А.
(ФИО)
(подпись)инженер-химик 1 кат. СПЛ СЭЛ
(должность)Волкова И.Е.
(ФИО)
(подпись)

"конец протокола"

*Данные с направлением ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор №13-НМУ от 20.10.2023

** Менее предела обнаружения согласно методике

Запрещено полное или частичное переиздавание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»

Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу

Акционерное общество «Восточный Порт» (АО «Восточный Порт»)
Адрес местонахождения юридического лица: ул. Внутривортовая, д. 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край
692941 тел. (4236) 665-271

САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

Фактический адрес осуществления деятельности: РОССИЯ, Приморский край, город Находка, п. Врангель,
ул. Базовая, 9, Литера 1, каб. 1-16

тел. (4236) 665-271 (3215), eco-aqua@vp.vpnet.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.515460, срок действия-бессрочно
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий СЭЛ

Н. О.С. 2026

Жолобова Т.М.

Протокол
исследований (испытаний) и измерений
№ 538-А от «31» августа 2026 г.
(на 2 листах)



Заказчик и его адрес: АО «Восточный Порт», Приморский край, Находка, п. Врангель,
ул. Внутривортовая, 47

Наименование объекта: Атмосферный воздух

Место отбора проб, адрес: Приморский край, г. Находка, мкр. Врангель, границы расчетных СЗЗ ППК-3.

Дата отбора проб: 25.08.2026

Акт отбора проб: № 478 от 25.08.2026

НД регламентирующий правила отбора: МУК 4.3.3593-19 «Методика измерений массовой концентрации угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом», Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПУ.413322.002 РЭ (п.10).

Вид пробы: разовая, среднесуточная

Дата поступления пробы в лабораторию: 25.08.2026

Дата проведения испытаний: 25.08.2026 – 28.08.2026

Цель отбора проб: план – график производственного лабораторного контроля от 07.11.2025

Нормативный документ, устанавливающий требования к объекту: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Сведения об использованном оборудовании:

Наименование СИ, ИО, марка, заводской номер	Инвентарный номер	Свидетельство о поверке, аттестат, протокол аттестации		Дата следующей поверки, аттестации
		номер	дата	
Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-1 зав. № 347	428623	С-ДТК/28-05-2026/530152617	28.05.2026	27.05.2027
Секундомер механический типа СОПр-2а-3-000 зав. № 5974	2201302	С-АЭ/06-08-2026/547291957	06.08.2026	05.08.2027
Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп –М зав. № 433519	3646963	С-ГЛР/06-05-2026/524270011	06.05.2026	05.05.2028
Рулетка измерительная металлическая UM 5м зав. № 00052	1800465	С-АЭ/06-08-2026/547291954	06.08.2026	05.08.2027
Сушильный шкаф «ADVANTEC FS-405» зав. № 1	2620272	74	05.03.2026	04.03.2027
Весы лабораторные ВЛА 135М зав. № J211-001	428736	С-АЭ/05-03-2026/509566305	05.03.2026	04.03.2027
Газоанализатор ГАНК-4 зав. № 3713	429003	С-ТТ/23-06-2026/536493940	23.06.2026	22.06.2027

* Данные о направлении астра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор №13-НМУ от 20.10.2023

** Метод предела обнаружения согласно методике

Запрещено любое или частичное переиздание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»

Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данные пробы

Ответственный за оформление протокола Волкова И.Е.

Условия отбора проб: Руководство по эксплуатации на измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» БВЕК.43.1110.04 РЭ п.6.6:

№ п/п	Время отбора	Точки отбора	Характер подстилающей поверхности	Атм. давление, мм рт. ст.	Температура, °С	Относит. влажность, %	Направлен. ветра*	Скорость ветра, м/с	Состояние погоды
1	02 ¹⁴ –02 ⁴⁶	К.т. 2 (р.т. 23) ул. Железнодорожная, д. 4Б (бывший детский сад)	влажная	755	24,2	80,2	С*	1,1	пасмурно
	08 ⁰⁶ –08 ³⁸		влажная	756	23,6	78,9	В, ЮВ*	0,66	ясно
	14 ¹² –14 ⁴⁴		влажная	757	26,1	77,3	В, ЮВ*	2,8	ясно
	20 ¹⁰ –20 ⁴²		влажная	757	26,4	78,9	ЮВ*	1,4	пасмурно
2	02 ¹⁹ –03 ²¹	К.т. 1 (р.т. 24) ул. Железнодорожная, д. 3 (Общественные 3 этажа)	влажная	755	24,4	80,1	С*	1,4	пасмурно
	08 ⁴² –09 ¹⁴		влажная	756	23,8	78,3	В, ЮВ*	0,78	ясно
	14 ⁴⁶ –15 ²⁰		влажная	757	26,5	76,9	В, ЮВ*	3,0	ясно
	20 ⁴⁴ –21 ¹⁶		влажная	757	26,2	79,1	ЮВ*	1,5	пасмурно

Результаты:

№ п/п	Точка отбора проб воздуха	Определяемые показатели	Результаты		ПДК, мг/м³ СанПиН 1.2.3685-21		НД на метод измерений
			Максимально-разовая, мг/м³	Среднесуточная, мг/м³	Макс. разов., мг/м³	Ср. сут., мг/м³	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	К.т. 2 (р.т. 23) ул. Железнодорожная, д. 4Б (бывший детский сад) Координаты GPS: 133°4'41,39 1" E, 42°45'51,95 1" N	Массовая концентрация угольной пыли	менее 0,01**	менее 0,01**	0,3	0,1	МУК 4.3.3593-19
		Азота диоксид	менее 0,02**	менее 0,02**	0,2	0,1	Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ 413322.002 РЭ (п.10)
2	К.т. 1 (р.т. 24) ул. Железнодорожная, д. 3 (Общественные 3 этажа) Координаты GPS: 133°4'41,73 1" E, 42°45'53,25 2" N	Массовая концентрация угольной пыли	менее 0,01**	менее 0,01**	0,3	0,1	МУК 4.3.3593-19
		Азота диоксид	менее 0,02**	менее 0,02**	0,2	0,1	Руководство по эксплуатации газоанализатор универсальный ГАНК-4 КПКУ 413322.002 РЭ (п.10)


Подписи ответственных лиц

за выдачу результата испытаний: инженер-химик I кат. СПЛ СЭЛ

(должность)

Волкова И.Е.

(ФИО)


(подпись)

"конец протокола"

*Данные о направлении ветра предоставлены ФГБУ «Приморское УГМС» Договор №13-НМУ от 20.10.2023

** Менее предела обнаружения согласно методике

Запрещено полное или частичное переиздавание, или копирование без разрешения санитарно-экологической лаборатории АО «Восточный Порт»

Сведения, приведенные в протоколе, распространяются только на данную пробу